DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

008764112 \*\*Image available\*\*
WPI Acc No: 1991-268125/\*199137\*

Catheter arrangement for biopsy - includes mini-endoscope with conductive cord formed from quartz glass fibres and lens for viewing end-piece

Patent Assignee: FOERSTER E (FOER-I)
Inventor: DOMSCHKE W; FOERSTER E

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

DE 4006673 A 19910905 DE 4006673 A 19900303 199137 B

Priority Applications (No Type Date): DE 4006673 A 19900303

Abstract (Basic): DE 4006673 A

The cross-section of the mini-endoscope (11) in smaller than that of the forceps arrangement (15). The arrangement is a two channel catheter (5) having only one endscope channel (18) outside the forceps channel (17). The mini-endoscope can be repeatedly inserted in the latter.

A guide wire is assigned to the catheter for sliding into positions. Viewing is through a lens (14) at an end piece (13). Cross-section-nal reduction is achieved by use of a mini-endscope and use of the guide wire for manipulation.

ADVANTAGE - Allows biopsy in small body cavities previously inaccessible.

Dwq.1/3

Derwent Class: P31; P34; S05; V07

International Patent Class (Additional): A61B-001/06; A61B-010/00;
 A61M-025/00

PAGE BLANK (USPTO)



DEUTSCHES PATENTAMT 21) Aktenzeichen:

P 40 06 673.8

② Anmeldetag:

**3**. **3**. 90

Offenlegungstag:

5. 9.91

(7) Anmelder:

Foerster, Ernst, Dr.med. Dr.rer.nat.; Domschke, Wolfram, Prof. Dr.med., 8520 Erlangen, DE

(74) Vertreter:


Kessel, E., Dipl.-Ing.; Böhme, V., Dipl.-Ing., Pat.-Anwälte, 8500 Nürnberg

@ Erfinder:

gleich Anmelder

## (64) Kathetervorrichtung zur Biopsie

Es gibt eine Kathetervorrichtung, bei der ein Endoskop 11 und eine Zangeneinrichtung 15 zum Gebrauch vor Ort in einem gemeinsamen Kathetermittel 5 angeordnet sind, das einen Zangenkanal 17 bildet, in den die Zangeneinrichtung 15 wiederholt einschiebbar ist. Dabei ist es erwünscht, wenn der Gesamtquerschnitt der Kathetervorrichtung ganz erheblich vermindert ist, um in bisher nicht zugänglichen kleinen Körperhöhlungen Biopsie durchführen zu können. Dies ist erreicht, indem das Endoskop ein Miniendoskop 11 mit von Quarzglasfasern gebildetem Leiterstrang und einer Linse 14 ist und der Querschnitt des Miniendoskops 11 kleiner als der Querschnitt der Zangeneinrichtung 15 ist, indem das Kathetermittel ein Zwei-Kanal-Katheter 5 ist, der außer dem Zangenkanal 17 nur einen Endoskopkanal 18 aufweist, in den das Miniendoskop 11 wiederholt einschiebbar ist, und indem dem Zwei-Kanal-Katheter 5 ein Führungsdraht zum Vorschieben vor Ort zum Gebrauch zugeordnet ist. Es ist eine Querschnittsverminderung nicht nur durch Verwendung des Miniendoskops, sondern auch durch Verwendung des Führungsdrahtes erreicht.



## Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Kathetervorrichtung zur Biopsie, bei der eine Zangeneinrichtung aus einer Zange, einem Betätigungsstrang und einem Bedienungsteil besteht, bei der ein Endoskop aus einem Sichtendstück, einem Leiterstrang zum Beleuchten und Sehen und einem Endoskopkopf besteht, und bei der das Endoskop und die Zangeneinrichtung zum Gebrauch vor Ort in Leiterstrang umfassenden Kathetermittel angeordnet sind, das einen Zangenkanal bildet, in den die Zangeneinrichtung wiederholt einschiebbar ist.

Bei einer durch die Praxis bekannten Kathetervorrichtung dieser Art ist das Endoskop mit einer Katheter- 15 hülle zu einer baulichen Einheit zusammengefaßt, die einen Werkzeugkanal bildet, durch den die selbständige Zangeneinrichtung zum Gebrauch vor Ort geschoben wird. Es wird das Endoskop zum Gebrauch vor Ort schoben. Die Zangeneinrichtung wird zur Gewebeentnahme wiederholt durch den Werkzeugkanal vorgeschoben und zurückgezogen. Um das Vorschieben und Zurückziehen ausreichend leicht durchführen zu könz. B. hat das Werkzeug einen Durchmesser von 1 mm und der Kanal einen Durchmesser von 1,4 mm. Das Endoskop ist von herkömmlicher Bauweise und im Querschnitt ganz erheblich größer als die Zangeneinrichtung oder der Werkzeugkanal. Der Gesamtquerschnitt die- 30 Kathetervorrichtung zur Biopsie, ser Kathetervorrichtung ist relativ groß und viele kleinere Körperhöhlungen können mit dieser Kathetervorrichtung nicht erreicht werden. Der Gesamtquerschnitt ist im wesentlichen bestimmt durch den Querschnitt des anales.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es, eine Kathetervorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, deren Gesamtquerschnitt ganz erheblich vermindert ist, um in bisher nicht zugänglichen kleinen Körperhöhlungen 40 Biopsie durchführen zu können. Die erfindungsgemäße Kathetervorrichtung ist, diese Aufgabe lösend, dadurch gekennzeichnet, daß das Endoskop ein Miniendoskop mit von Quarzglasfasern gebildetem Leiterstrang und einer Linse am Sichtendstück ist und der Querschnitt 45 des Miniendoskopes kleiner als der Querschnitt der Zangeneinrichtung ist, daß das Kathetermittel ein Zwei-Kanal-Katheter ist, der außer dem Zangenkanal nur einen Endoskopkanal aufweist, in den das Miniendoskop wiederholt einschiebbar ist, und daß dem Zwei-Kanal- 50 Katheter ein Führungsdraht zum Vorschieben vor Ort zum Gebrauch zugeordnet ist.

Die Erfindung erreicht eine Querschnittsverminderung nicht nur durch Verwendung des an sich bekannten Miniendoskopes, sondern auch durch Verwendung des 55 Führungsdrahtes. Eine Katheterhülle und ein Führungskatheter zum Vorschieben der Kathetervorrichtung sind vermieden. Da der relativ dünne Zwei-Kanal-Katheter nach einigen Einsätzen bzw. Benutzungen, z. B. 5-10, abgenutzt, z. B. geknickt ist, d. h. da er ein Ver- 60 schleißteil ist, ist das Miniendoskop nicht fest eingebaut, sondern auswechselbar eingesetzt. In der Regel wird das Miniendoskop vorab in den Katheter eingebracht und dann mit dem Katheter in die Körperhöhlung vorgeschoben. Das relativ teure Miniendoskop kann immer 65 wieder in einem neuen Katheter verwendet werden. Der relativ dünne und entsprechend leicht biegbare Katheter wird an dem Führungsdraht in die enge Körper-

höhlung vorgeschoben. So erfordert die Erfindung eine neue Vorgehensweise, um das Endoskop und die Zangeneinrichtung zum wiederholten Gebrauch vor Ort zu

Bei einem Miniendoskop ist der Durchmesser des reinen Leiterstranges maximal 0,4 mm groß und der Durchmesser des mit Mantelung versehenen Leiterstranges maximal 0,5 mm groß. Ein Miniendoskop wird von der Firma Olympus in Tokio auf den Markt geeinem gemeinsamen, den Betätigungsstrang und den 10 bracht. Der Querschnitt der Zangeneinrichtung ist durch den Querschnitt der Zange bestimmt, wobei der Querschnitt der Zange beachtlich größer als der Querschnitt des Betätigungsstranges ist. Die erfindungsgemäße Kathetervorrichtung weist nur das Miniendoskop und die Zangeneinrichtung und keinen weiteren Kanal bzw. kein weiteres Lumen auf, da sie im Querschnitt möglichst klein sein soll. Es wird z. B. eine Kleinkatheter-Zangeneinrichtung verwendet, deren maximaler Durchmesser 1 mm beträgt. Der maximale Durchmesohne Führungskatheter und ohne Führungsdraht vorge- 20 ser des doppellumigen Katheters beträgt z. B. 2 mm. Es lassen sich jetzt Gewebeentnahmen durchführen in der Gastroontologie im Bauchspeicheldrüsengang, im Gallengang und in der Gallenblase, in der Urologie im Harnleiter und im Nierenbeckenkelchsystem, in der Gynen, braucht das Werkzeug im Werkzeugkanal Spiel; 25 näkologie im Eileiter und in der Angeologie in den meisten Gefäßen.

> In der Zeichnung ist eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung dargestellt und zeigt

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Teiles einer

Fig. 2 einen Längsschnitt eines weiteren Teiles der Kathetervorrichtung gemäß Fig. 1 und

Fig. 3 einen Schnitt gemäß Linie III-III in Fig. 1.

Die Kathetervorrichtung gemäß Fig. 1-3 umfaßt eiüblichen Endoskopes und den Querschnitt des Zangenk- 35 ne Zangeneinrichtung 15 mit einer Zange 1, die zwei Zangenbacken 2 aufweist, die um eine Drehachse 3 gegeneinander drehbar sind. Die Drehachse 3 ist an zwei Vorsprüngen 4 gelagert und an den Zangenbacken 2 greift über Hebelarme ein Betätigungsstrang 6 an, der in einem Katheter 5 verläuft. Gemäß Fig. 2 endet der Betātigungsstrang 6 an einem Bedienungsteil 7, das ein Griffstück 8 und eine Feder 9 umfaßt. Bei Druck auf das Griffstück 8 wird der Betätigungsstrang 6 vorgeschoben und werden die Zangenbacken 2 geöffnet. Unter der Wirkung der Feder 9 wird der Betätigungsstrang 6 zurückgezogen und werden die Zangenbacken 2 geschlossen. In dem Katheter 5 verläuft auch ein Leiterstrang 10 eines Miniendoskopes 11, der eine äußere Mantelung 12 aufweist. Der Leiterstrang 10 tritt bei der Zange 1 aus dem Katheter 5 mit einem Sichtendstück 13 aus, an dessen Ende eine Linse 14 befestigt ist. Gemäß Fig. 2 tritt der Leiterstrang 10 an dem Katheter 5 seitlich aus und endet in einem Endoskopkopf 16.

Der Katheter 5 weist einen Zangenkanal 17 und einen demgegenüber im Durchmesser kleineren Endoskopkanal 18 auf. Zu der Kathetervorrichtung gehört noch ein nichtgezeigter Führungsdraht, der zunächst zu der zu untersuchenden Körperhöhlung geschoben wird. Der Katheter 5 wird mit dem Zangenkanal 17 auf dem Führungsdraht vorgeschoben, der anschließend abgezogen wird. Über den Zangenkanal lassen sich Gas oder Flüssigkeit der Körperhöhlung zuführen oder von der Körperhöhlung absaugen. Bei eingeschobenem Katheter 5 läßt sich auch das Miniendoskop 11 herausziehen, um den Endoskopkanal 18 zum Einschieben einer anderen

Einrichtung zu nutzen.

3

## Patentanspruch

Kathetervorrichtung zur Biopsie, bei der eine Zangeneinrichtung aus einer Zange, einem Betätigungsstrang und einem Bedienungsteil 5 besteht, bei der ein Endoskop aus einem Sichtendstück, einem Leiterstrang zum Beleuchten und Sehen und einem Endoskopkopf besteht, und bei der das Endoskop und die Zangeneinrichtung 10 zum Gebrauch vor Ort in einem gemeinsamen, den Betätigungsstrang und den Leiterstrang aufnehmenden Kathetermittel angeordnet sind, das einen Zangenkanal bildet, in den die Zangeneinrichtung wiederholt einschiebbar ist, dadurch gekennzeich- 15 daß das Endoskop ein Miniendoskop (11) mit von Quarzglasfasern gebildetem Leiterstrang (10) und einer Linse (14) am Sichtendstück (13) ist und der Querschnitt des Miniendoskopes (11) kleiner als 20 der Querschnitt der Zangeneinrichtung (15) ist, daß das Kathetermittel ein Zwei-Kanal-Katheter (5) ist, der außer dem Zangenkanal (17) nur einen Endoskopkanal (18) aufweist, in den das Miniendoskop (11) wiederholt einschiebbar ist, und daß dem Zwei-Kanal-Katheter (5) ein Führungs-

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

geordnet ist.

draht zum Vorschieben vor Ort zum Gebrauch zu-

30

35

40

7.

50

55

60

